

54. Ana Sedye Kullanımı

Tanımlar

Ana Sedye: Üzerine hastanın alınacağı şiltesi olan, tekerlekli kaldırma indirme fonksiyonuna sahip en büyük boyuttaki ve en fonksiyonel sedyedir. Sedyenin uzunluğu en az 175 cm, genişliği en az 50 cm ve taşıma kapasitesi en az 160 kg'dır.

Ana Sedye Süspansiyonu: Ambulans içinde sedyenin alçalıp/yükselme fonksiyonlarını içeren bölümdür.

Ana Sedye Kızağı: Sedyenin hareketini ve sabitleme fonksiyonunu sağlayan bölümdür.

Amaç

Ana sedye ile hasta taşıma tekniklerine uygun olarak hasta ve yaralıyı güvenli bir şekilde taşımak hedeflenmektedir.

Uygulama Basamakları

- ✓ Şiltenin üzerine tek kullanımlık kılıf geçirilir.
- ✓ Ana sedye kilit butonuna basılarak, sedye çıkartılır.
- ✓ Tekerleklerin açılıp açılmadığı kontrol edilir.
- ✓ Karşılıklı iki personel tarafından tekerlek mandalına basılarak (Sedyenin başında duran personel tarafından verilen 1, 2, 3, komutuyla) sedye indirilir.
- ✓ Hasta sedye üzerine emniyetli şekilde konulur.
- ✓ Sedye yan ve omuz emniyet kemerleri ile hasta sabitlenir, sedyelerin emniyet kemer ayar mekanizmaları kontrol edilir, çalışır durumda olmalıdır yedek kemerleri de bulunmalıdır.
- ✓ Karşılıklı iki personel (Sedyenin başında duran personel tarafından verilen 1, 2, 3, komutuyla) tarafından sedye emniyetli bir şekilde kaldırılır.
- ✓ Sedyenin tekerleklerinin açıldığından emin olunur.
- ✓ Taşınma sırasında sedyenin ve hastanın baş kısmı ambulansa dönük olmalıdır.
- ✓ Ana sedye karşılıklı iki personel tarafından ambulansa yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.
- ✓ Kilit mekanizması tekrar kontrol edilmelidir.
- ✓ Sedye yerleştirildikten sonra sürücü tarafından sedye kilidi ve arka kapı kilidi iki kez kontrol edilmeli, kilitli olduğundan emin olunduktan sonra araç hareket ettirilmelidir.
- ✓ Hasta ambulandan indirileceği zaman kilit butonuna basılarak karşılıklı iki personel tarafından çekilmek suretiyle tekerlerin açık olup olmadığı kontrol edilerek nakledilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- ✓ Sedye iyi tanınmalıdır.
- ✓ Sedyenin kullanımı esnasında personel vücut mekaniğini bozmamalıdır.
- ✓ Sedyeyi kullanmak ekip işidir ve komut vererek kullanılmalıdır.
- ✓ En az, 3 adet hasta emniyet kemeri olmalıdır. Boyun ve omuz bölgesinden sabitlemek için kullanılan boyun kemeri, dört parçalıdır. Kemerlerin uzunluğu hastaya göre ayarlanmalıdır.
- ✓ Gerekğinde sedyenin baş tarafı 60 derece, ayak tarafı 40 derece yükseltilebilir.
- ✓ Katlanabilir yan korkulukları kapatılmalıdır.
- ✓ Hasta ana sedyeden başka bir sedyeye aktarılacak ise tekerlekler sabitlenmelidir.

✓ Ana sedyeye 130 kg. dan fazla ağırlık yüklenmemelidir. 130 kilo ve üzeri hastalar için obez Ambulans istenmelidir.	
Kullanılan Araç ve Gereçler	
ANA PARÇALAR ✓ Standart Ana Sedyeye gövdesi ✓ Katlanabilir ayaklar ✓ Kilitlenebilir tekerlek ✓ Yükseklik ayarlı ayak ve baş kaldırma ✓ Açılabilir yan korkuluklar ✓ Kılavuz tekerler STANDART EK APARATLAR ✓ Arka kilit sistemi ✓ Ön frenleme (Durdurma) sistemi ✓ Yumuşak ve ergonomik sedye şiltesi ✓ Üç adet düz, bir adet boyunluk emniyet kemeri OPSİYONEL PARÇALAR ✓ Serum askılığı ✓ Seyyar oksijen ünitesi taşıyıcısı ✓ İ.V. Uygulama kol sabitleyicisi	
İşin Riskleri	
Hastada Oluşabilecek Riskler	Çalışanda Oluşabilecek Riskler
✓ Hatanın taşınması esnasında travma	Hasta taşımaya bağlı vücut mekaniğinin bozulması